

Số: 13/BVĐK-TTBYT

Bình Phước, ngày 02 tháng 8 năm 2023.

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua vật tư sửa chữa máy CT Scanner 16 lát cắt.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phan Hữu Tài;
Chức vụ: PTP – TCHC; Điện thoại 0977000115.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Email tainh.bvdkt@binhphuoc.gov.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8 giờ ngày 3 tháng 8 năm 2023 đến trước 17 giờ ngày 14 tháng 8 năm 2023. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá.

1. Đầu đèn phát tia X máy CT Scanner 16 lát cắt

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Đầu đèn phát tia X máy CT Scanner 16 lát cắt (có bộ cáp cao thế)	<ul style="list-style-type: none">- Model: CXB-350A- Hãng XS: Canon Medical – Nhật Bản.- Sử dụng cho hệ thống chụp cắt lớp vi tính 16 lát cắt model TSX-032A hãng sản xuất Canon Medical – Nhật Bản. <p>Cấu hình bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none">- 01 Đầu đèn phát tia X.- 01 cáp kết nối từ từ đầu đèn tới bộ cao thế. <p>Thông số kỹ thuật đầu đèn</p> <ul style="list-style-type: none">- Công suất trừ nhiệt Anode: 3500 KHU- Thông số làm mát Anode tối đa: 735 KHU/phút- Thông số điện :<ul style="list-style-type: none">+ Công suất tối đa đầu đèn: 150kV+ Dòng điện tối đa đầu đèn: 400mA- Vỏ lọc bức xạ: 1.0mm nhôm (Al)- Chấn tia X: Nhỏ hơn 0.88mGy- Kích thước tiêu điểm:	1	Cái

		<ul style="list-style-type: none"> + Tiêu điểm nhỏ: 1.1mm x 1.1 mm + Tiêu điểm lớn: 1.7 mm x 1.7 mm - Thiết bị bảo vệ an toàn: Cảm biến nhiệt, cảm biến dòng chảy dầu. - Thời gian quét tối đa cho kiểu quét helical: <ul style="list-style-type: none"> + 120 kV/300 mA: 30 s + 120 kV/200 mA: 38 s + 120 kV/150 mA: 60 s <p><u>Thông số kỹ thuật cáp cao thế</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chịu tải điện cao thế tối đa 160 KV. - Đầu cáp được bao bọc bằng kim loại chịu nhiệt cao. - chiều dài 1.5m; đường kính 40mm 	
--	--	---	--

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp lắp đặt, bảo quản vật tư: Bên cung ứng vật tư chịu trách nhiệm vận chuyển, bảo quản vật tư, lắp đặt vào máy CT Scanner 16 lát cắt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước và vận hành máy hoạt động đạt yêu cầu.

3. Thời gian giao hàng dự kiến trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Khi thương thảo hợp đồng, hai bên sẽ bàn bạc điều khoản tạm ứng và thanh toán.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Phòng TCKT;
- Khoa CDHA;
- Lưu : VT, TC-HC.(TTBYT).

GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC
Bs. CKII. Vũ Xuân Thủy